

Elbląg, dn. 14.11.2024 r

L. dz. ZP/2311/43/1656/2024

Sprawa: Zapytanie ofertowe nr ZP/2311/43/1656/2024 na „Dostawę drobnego sprzętu diagnostyczno-terapeutycznego dla Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu.

WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

W odpowiedzi na zapytanie o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego, które wpłynęło do Zamawiającego w dniu 14-11-2024r. Zamawiający, na podstawie rozdziału 8 ust. 2) lit. c wyjaśnia i zmienia treść zapytania ofertowego:

I

Pytanie Wykonawcy nr 1

Dotyczy Załącznik nr 2 Opis przedmiotu zamówienia, punkt 1. Termometr do pomiaru ciepłoty ciała. Prosimy o dopuszczenie termometru bez pamięci 60 ostatnich wyników.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na zmianę.

Pytanie Wykonawcy nr 2

Dotyczy Załącznik nr 2 Opis przedmiotu zamówienia, punkt 2. Ciśnieniomierz. Czy Zamawiający dopuści ciśnieniomierz bez funkcji wykrywania ruchu ciała?

Odpowiedź Zamawiającego

Tak

Pytanie Wykonawcy nr 3

Dotyczy Załącznik nr 2 Opis przedmiotu zamówienia, punkt 4. Pulsoksymetr. Prosimy o dopuszczenie pulsoksymetru o poniższych parametrach: Pomiar saturacji krwi i tętna u dorosłych. Małe, lekkie i proste w obsłudze urządzenie umożliwiające wykonanie pomiaru w szpitalu, w przychodni, jak również w domu. • podświetlany wyświetlacz cyfrowy, • łatwa obsługa jednym przyciskiem, • wysoka dokładność i powtarzalność wyników, • po zakończeniu pomiaru automatyczne wyłączenie się po upływie 5 sekund, • monitorowanie SpO2 (saturacji krwi) w zakresie 0-100%, • pomiar tętna w zakresie 30- 250 uderzeń, • alarm dźwiękowy i wizualny, • niskie zużycie energii pozwala na ciągłą pracę urządzenia do 24 godzin, • zasilany 2 bateriami alkalicznymi 1,5V typu AAA • Dokładność: 70-100%: $\pm 2\%$,

Odpowiedź Zamawiającego

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy w OPZ

Pytanie Wykonawcy nr 4

Dotyczy Załącznik nr 2 Opis przedmiotu zamówienia, punkt 7. Laryngoskop. Prosimy o podanie rozmiarów łyżek.

Odpowiedź Zamawiającego

Łyżki do laryngoskopu Miller – rozmiar 1,2,3

Pytanie Wykonawcy nr 5

Dotyczy Załącznik nr 2 Opis przedmiotu zamówienia, punkt 12. Termometr do pomiaru ciepłoty ciała na podczerwień. Prosimy o dopuszczenie odległości pomiarowej 2-3 cm.

Odpowiedź Zamawiającego

Tak

Pytanie Wykonawcy nr 6

Dotyczy Załącznik nr 2 Opis przedmiotu zamówienia, punkt 17. Stadiometr. Czy Zamawiający dopuści zakres pomiaru 14-205 cm.

Odpowiedź Wykonawcy

Tak

Pytanie Wykonawcy nr 7

Dotyczy Załącznik nr 2 Opis przedmiotu zamówienia, punkt 19. Fałdomierz. Czy Zamawiający dopuści zakres pomiaru 0-40mm?

Odpowiedź Wykonawcy

Tak

Pytanie Wykonawcy nr 8

Dotyczy Załącznik nr 2 Opis przedmiotu zamówienia, punkt 21. Stetoskop dydaktyczny z dwoma lrami. Prosimy o dopuszczenie stetoskopu z membraną o średnicy 44 cm i lejkiem o średnicy 33 cm.


Odpowiedź Wykonawcy

W pytaniu 8 jest błąd pisarski gdyż jednostka nie powinna być w cm tylko w mm.

Odpowiedź – TAK po usunięciu błędu jednostki

Pytanie Wykonawcy nr 9

Dotyczy Załącznik nr 2 Opis przedmiotu zamówienia, punkt 22. Goniometr. Czy Zamawiający dopuści goniometr o poniższej budowie podziałki?



Odpowiedź Zamawiającego

Tak

Pytanie Wykonawcy nr 10

Dotyczy Załącznik nr 2 Opis przedmiotu zamówienia, punkt 26. Otoskop. Czy Zamawiający dopuści otoskop z automatycznym wyłączaniem i regulacją natężenia światła z oświetleniem LED. Czy Zamawiający zrezygnuje z klipsu z wyłącznikiem

Odpowiedź Zamawiającego

Tak

Pytanie Wykonawcy nr 11

Dotyczy Załącznik nr 2 Opis przedmiotu zamówienia, punkt 30. Dermatoskop. Czy Zamawiający dopuści dermatoskop bez unikalnego wskaźnika wydajności baterii? Czy Zamawiający dopuści dermatoskop z automatycznym wyłącznikiem, co przedłuża żywotność baterii.

Odpowiedź Zamawiającego

Tak

Pytanie Wykonawcy nr 12

Dotyczy Załącznik nr 2 Opis przedmiotu zamówienia, punkt 31. Dynamometr do oceny siły mięśniowej. Prosimy o dopuszczenie poniższego dynamometru: • MAX: maksymalnej siły uścisku • AVG: średnia pomiarów • COUNT: ilość wykonanych uścisków • Urządzenie pozwala na ustawiane zakresów pomiarowych do 20: 20, 40, 80 kg. Dane techniczne: • wymiary: 110 x 55 x 212 mm • zakres (zmiennie sprężyny): 20, 40, 80 kg • zasilanie: bateryjne Litium CR 2450 x 1 • czas pracy: ok. 53 h na jednych bateriach • wyświetlacz: LCD 12 mm • dokładność: podziałka 100 g • Produkt dostarczany w eleganckiej walizeczce

Odpowiedź Zamawiającego

Tak

Wobec powyższego w odpowiedzi na pytania Zamawiający zmienia treść OPZ stanowiącego Załącznik nr 2

II

Jednocześnie Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 19 listopada 2024 r oraz zmienia treść zapytania ofertowego ust. 6 pkt. 1, w tym zakresie, który otrzymuje brzmienie:

„Oferty można składać do dnia **19 listopada 2024 roku**. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert”.

Załącznik:

Załącznik nr 2 OPZ-zmiana z dnia 14.11.2024

REKTOR

.....dr inż. Jarosław Niedojadło, prof. uczelni
podpis i pieczęć