

Elbląg, dn. 14.02.2025 r.

L.dz. SZL/2311/04/172/2025

Sprawa: postępowanie o udzielenie zamówienia Nr SZL/2311/04/111/2025 na Dostawa i montaż paneli medycznych nadłóżkowych dla Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu

### WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

W odpowiedzi na zapytania o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego, które wpłynęło do Zamawiającego w dniu 13.02.2025r. Zamawiający, na podstawie rozdziału 8 ust. 3), wyjaśnia:

Pytania Wykonawcy:

1. Prosimy o załączenie zdjęć każdej z lokalizacji (ścian), gdzie mają zostać zamontowane panele medyczne nadłóżkowe.

Odpowiedź:







2. Prosimy o potwierdzenie, że podejścia instalacji gazów medycznych dla podłączenia paneli przyłóżkowych zostaną wykonane przez Zamawiającego przed dostawą paneli, zgodnie z wytycznymi dostawcy paneli.

Odpowiedź: Panele będą pełniły funkcję szkoleniową. Nie będzie podłączenia gazów medycznych.

3. Prosimy o potwierdzenie, że podejścia instalacji elektrycznych dla podłączenia paneli przyłóżkowych zostaną wykonane przez Zamawiającego przed dostawą paneli, zgodnie z wytycznymi dostawcy paneli.

Odpowiedź: Podłączenie elektryczne zostało wykonane. Dodatkowe wytyczne zostaną uwzględnione.

4. Prosimy Zamawiającego o informację jaki system przyzywowy funkcjonuje w ANS w Elblągu, tak abyśmy mogli dobrać odpowiednie wymiary otworu na dostarczone Przez ANS gniazdo systemowe wraz z manipulatorem.

Odpowiedź: Planujemy system przyzywowy w postaci aparatów przyłóżkowych z manipulatorem

Z up. REKTORA  
PROREKTOR  
ds. Organizacyjnych i Naukowych  
*[Signature]*  
dr Irena Szorokosz, prof. uczelni  
podpis i pieczęć