

Elbląg, dn. 12-12-2022 r.

L.dz. ZP/TP/2312/33/2428/2022

Sprawa: postępowanie o udzielenie zamówienia nr ZP/TP/2312/33/1884/2022 na: **Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu**

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI (SWZ)

w zakresie Część X: **Dostawa urządzeń laboratoryjnych, w tym ekzykatorów, szkła laboratoryjnego, itp. dla ANS w Elblągu**

W odpowiedzi na zapytanie o wyjaśnienie treści OPZ będącego załącznikiem SWZ, które wpłynęło do Zamawiającego w dniu 08-12-2022r. Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 2 i art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022.1710 z późn. zm.) - dalej PZP, wyjaśnia:

poz. 4: Czy Zamawiający dopuści ekzykator o pojemności 109 L?

Tak może być o większej pojemności.

poz. 4 i 5: Proszę o doprecyzowanie ilości półek z blachy perforowanej oraz blachy pełnej.

2 półki z blachy perforowanej + 2 półki z blachy pełnej.

poz. 4 i 5: Proszę o wskazanie w jakiej temperaturze oraz jakiej wilgotności powinno zostać wykonane wzorcowanie.

Certyfikat wzorcowania dla zakresu pracy danego urządzenia. Standardowy certyfikat urządzenia.

poz. 5: Czy Zamawiający dopuści ekzykator o pojemności 109 L w kolorze oranżowym?

Tak może być o większej pojemności.

Jednocześnie Zamawiający:

- a) zmienia wymóg zawarty w OPZ w rozdziale V ust. 4 :
 - poz. b) poj. 78 l lub większa,
 - poz. i) Półki z PLEXI (PMMA) 4 szt +dodatkowo - Półki z blachy perforowanej INOX (stal nierdzewna) +Półki z pełnej blachy INOX (stal nierdzewna), 2 półki z blachy perforowanej + 2 półki z blachy pełnej,
 - poz. j) Świadectwo wzorcowania dla termo-higrometru. Certyfikat wzorcowania dla zakresu pracy danego urządzenia. Standardowy certyfikat urządzenia
- b) zmienia wymóg zawarty w OPZ w rozdziale V ust. 5:
 - poz. b) poj. 78 l lub większa (może być w kolorze oranżowym).
 - poz. i) Półki z PLEXI (PMMA) 4 szt + dodatkowo - Półki z blachy perforowanej INOX (stal nierdzewna +Półki z pełnej blachy INOX (stal nierdzewna), 2 półki z blachy perforowanej + 2 półki z blachy pełnej.

poz. j) Świadcstwo wzorcowania dla termo-higrometru. Certyfikat wzorcowania dla zakresu pracy danego urządzenia. Standardowy certyfikat urządzenia.

zał nr 1 . Zmieniony OPZ

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych

mgr Renata Ciszewsko

KWESTOR

mgr Elżbieta Jakiel
.....
podpis i pieczęć

