

Elbląg, dn. 13-06-2023 r.

L.dz ZP/TP/2312/11/1111/2023

Sprawa: postępowanie o udzielenie zamówienia nr ZP/TP/2312/11/886/2023 na : **Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu**

WYJAŚNIENIA DO SWZ

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 07.06.2023 r. do SWZ oraz pytania o wyjaśnienie treści OPZ będącego załącznikiem SWZ, które wpłynęło do Zamawiającego w dniu 12.06.2023 r. Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022.1710 z późn. zm.) - dalej PZP, wyjaśnia treść:

1. Wykonawca zwraca się z prośbą o wydłużenie czasu na składanie ofert do 22.06.2023 do godziny 14. Prośba jest motywowana tym, że osoba mająca pełnomocnictwo do podpisywania dokumentów i ofert będzie poza granicami Polski.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie składania ofert. Jednocześnie przypomina, że oferta zgodnie z Rozdziałem IX SWZ może być podpisana elektronicznie :

- a) kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
- b) podpisem zaufanym lub
- c) podpisem osobistym

2. w zakresie Część XIII: Dostawa zestawu wkładek z węglika spiekanego

Pytanie : Proszę o sprecyzowanie co Zamawiający miał na myśli pisząc o wkładkach – producent oferuje jedynie kompletne naczynia z węglika wolframu oraz kule do tych naczyń czy chodzi o nie?
Odpowiedź:

Naczynie 10 ml, zakręcane, z wkładkami z węglika wolframu plus 4 kule mielące śred. 12 mm. Jako jeden komplet rozumiemy jedno naczynko z 4 kulami. Naczynie do młyna MM 400 firmy Retsch.

REKTOR

dr inż. Jarosław Włodarczyk, prof. uczelni....
podpis i pieczęć