

Elbląg, dn. 06-07-2023 r.

L.dz. ZP/TP/2312/18/1255/2023

Sprawa: postępowanie o udzielenie zamówienia nr **ZP/TP/2312/18/1104/2023** na: **Dostawa sprzętu laboratoryjnego do pracowni dla Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu.**

WYJAŚNIENIA i ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ) dot.:

Części I: Dostawa modeli anatomicznych dla Laboratorium fizjologii

Części VI: Dostawa urządzeń dla Laboratorium mikrobiologii

W odpowiedzi na zapytanie o wyjaśnienie treści SWZ, które wpłynęło do Zamawiającego w dniu 03-07-2023 r. i 04-07-2023 r. Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 2 i art. 286 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022.1710 z późn. zm.) - dalej PZP, wyjaśnia i zmienia:

I.

W zakresie Części VI: Dostawa urządzeń dla Laboratorium mikrobiologii

1. Pytanie Wykonawcy:

Pytania do zad. 6. poz. 8 (wyrząsarka orbitalna): "Prosimy o doprecyzowanie w jakie platformy ma być wyposażona wyrząsarka."

Odpowiedź Zamawiającego:

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający zmienia zapis w OPZ Załącznik nr 2 dodając w rozdziale III ust. 6) **Część VI: Dostawa urządzeń dla Laboratorium mikrobiologii** pkt) 8) **Wstrząsarka orbitalna z 3 typami platformy – 1 szt. lit. d)** która otrzymuje brzmienie:

- „• Platforma płaska 3-poziomowa z matą gumową
- Platforma na butelki 9 x 500 mL
- Uniwersalna platforma do montowania klamr na różne typy szkła laboratoryjnego + Stelaż na probówki 44 x 15 mL o regulowanym kącie położenia do platformy”

zgodnie z załącznikiem do niniejszych wyjaśnień - Załącznik nr 2- Opis przedmiotu zamówienia- zmiana z dnia 06-07-2023 r.

Jednocześnie Zamawiający zmienia zapis w:

- a) OPZ Załącznik nr 2 w rozdziale I ust. 6) **Część VI: Dostawa urządzeń dla Laboratorium mikrobiologii,**
 - b) Projekcie umowy Załącznik nr 5 w § 1 ust. 1 pkt. 6),
 - c) SWZ rozdział III A ust. 6 pkt. 1), które otrzymują brzmienie:
- „6) **Część VI: Dostawa urządzeń dla Laboratorium mikrobiologii**



w tym:

- a) Dostawa i instalacja ciepłarki/inkubatora laboratoryjnego – 1 szt.
- b) Lampa bakteriobójcza UV – 3 szt.
- c) Zamrażarka niskotemperaturowa (-80°C) – 1 szt.
- d) Wirówka laboratoryjna wraz z wyposażeniem – 1 szt.
- e) Komora laminarna – 1 szt.
- f) Anaerostat wraz z wyposażeniem – 1 szt.
- g) Wytrząsarka kołyskowa – 1 szt.
- h) Wytrząsarka orbitalna z 3 typami platformy- 1 szt.
- i) Wytrząsarka orbitalna - 3 szt.

wraz z przeprowadzeniem stacjonarnego szkolenia dla pracowników Zamawiającego co najmniej z zakresu obsługi oferowanego nw. urządzeń; szkolenie przeprowadzone będzie w siedzibie Zamawiającego, przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia, w tym np. certyfikat producenta urządzenia uprawniający do przeprowadzenia szkoleń z obsługi lub przez przedstawiciela autoryzowanego serwisu producenta urządzenia- dot. do pozycji:

- a) Dostawa i instalacja ciepłarki/inkubatora laboratoryjnego – 1 szt.
- c) Zamrażarka niskotemperaturowa (-80°C) – 1 szt.
- d) Wirówka laboratoryjna wraz z wyposażeniem – 1 szt.
- e) Komora laminarna – 1 szt.
- f) Anaerostat wraz z wyposażeniem – 1 szt.
- g) Wytrząsarka kołyskowa – 1 szt.
- h) Wytrząsarka orbitalna z 3 typami platformy- 1 szt.
- i) Wytrząsarka orbitalna - 3 szt."

zgodnie z załącznikami do niniejszych wyjaśnień:

Załącznik nr 2- Opis przedmiotu zamówienia- zmiana z dnia 06-07-2023 r.

Załącznik nr 5 – Projekt umowy – zmiana z dnia 06-07-2023 r.

w zakresie Części I: Dostawa modeli anatomicznych dla Laboratorium fizjologii

2. Pytanie Wykonawcy:

Pytanie nr 1 - dotyczy pozycji 11 tj. Model piersi z chorobami - przekrój poprzeczny:

Czy zamawiający dopuści do postępowania model piersi nie posiadający kodu QR z możliwością ściągnięcia grafiki modelu ? Spełniający pozostałe wymagania Zamawiającego. Z tego co nam wiadomo model o takiej specyfikacji nie posiada dostępu do aplikacji z modelami anatomicznymi

Odpowiedź Zamawiającego:

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający zmienia zapis w OPZ w rozdziale III ust. 1 **Część I: Dostawa modeli anatomicznych do zajęć z fizjologii dla ANS w Elblągu pkt) 11) Model piersi z chorobami- przekrój poprzeczny - 1 szt.** lit. d) który otrzymuje brzmienie: „Do modelu ~~ma~~ może być dotłączony kod QR z możliwością ściągnięcia grafiki modelu”

zgodnie z załącznikiem do niniejszych wyjaśnień - Załącznik nr 2- Opis przedmiotu zamówienia- zmiana z dnia 06-07-2023 r.

REKTOR

....dr inż. Jarosław Niedojadło, prof. uczelni
podpis i pieczęć

Załączniki:

Załącznik Nr 2 OPZ - Zmiana z dnia 06-07-2023 r.

Załącznik Nr 5 Projekt umowy – Zmiana z dnia 06-07-2023 r.

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu