

Elbląg, dn. 20-07-2023r.

L.dz. ZP/TP/2312/18/1318/2023

Sprawa: postępowanie o udzielenie zamówienia nr **ZP/TP/2312/18/1104/2023** na: **Dostawa sprzętu laboratoryjnego do pracowni dla Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu.**

WYJAŚNIENIA i ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ) dot.:
Część VI: Dostawa urządzeń dla Laboratorium mikrobiologii

W odpowiedzi na zapytanie o wyjaśnienie treści SWZ, które wpłynęło do Zamawiającego w dniu 18-07-2023 r. Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 2 i art. 286 ust. 1, 3 i 9 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022.1710 z późn. zm.) - dalej PZP, wyjaśnia i zmienia:

I.

1. Pytanie Wykonawcy:

Pyt. 1 do części nr VI, poz. nr 5: Czy zamawiający dopuszcza komorę ustawioną na dedykowanym statywie?

Pyt. 2 do części nr VI, poz. nr 5: Której klasy ma to być komora? Czy prace w komorze będą prowadzone z materiałami niebezpiecznymi mikrobiologicznie czy ma to być komora tylko do ochrony materiału przed zanieczyszczeniem?

Pyt. 3 do części nr VI, poz. nr 5: Czy zamawiający dopuszcza komorę tylko z czujnikiem temperatury, bez czujnika wilgotności?

Pyt. 4 do części nr VI, poz. nr 5: Prosimy o wyjaśnienie parametru głębokości blatu H1560 cm. Litera H zazwyczaj oznacza wysokość.

Odpowiedź Zamawiającego dot. pyt. 1, 2 i 4:

W odpowiedzi na pytania jw. Zamawiający zmienia zapis w OPZ Załącznik nr 2 w rozdziale III ust. 6) **Część VI: Dostawa urządzeń dla Laboratorium mikrobiologii w tym:**
pkt) 5) Komora laminarna – 1 szt. lit. a) która otrzymuje brzmienie:

„

- liczba wentylatorów min. 1,
- moc lampy bakteriobójczej minimum 15 Wat UV, z programatorem i licznikiem czasu pracy lampy,
- skuteczność filtrów HEPA minimum 99,95%,
- oświetlenie przestrzeni roboczej lampą LED,
- cyfrowy panel kontrolno-sterujący z wyświetlaczem LCD,
- alarm na wypadek awarii nawiewu lub otwartej szyby,
- pionowy przepływ powietrza,
- czujnik temperatury i wilgotności,
- transport i montaż oraz szkolenie w zakresie obsługi,
- wbudowane gniazdko elektryczne,
- Opcjonalnie posiadająca wewnątrz przestrzeni roboczej minimum 1 przyłącze dla gazów technicznych, wody. Do ustawienia na blacie roboczym o głębokości max 75 cm ~~H1560 cm~~
- komora na dedykowanym statywie, z możliwością łatwego demontażu statywu i możliwością ustawienia komory na blacie laboratoryjnym
- Klasa bezpieczeństwa II”

zgodnie z załącznikiem do niniejszych wyjaśnień - Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia- zmiana z dnia 20-07-2023 r.

Odpowiedź Zamawiającego dot. pyt. 3:

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza komory tylko z czujnikiem temperatury, bez czujnika wilgotności.

2. Pytanie Wykonawcy:

Pyt. 5 do części nr VI, poz. nr 8: Podane przez zamawiającego platformy są przeznaczone do wytrząsarki o innych parametrach. Wytrząsarkę o podanych przez Zamawiającego parametrach nie można doposażyć w podane platformy. Czy w związku z tym Zamawiający dopuszcza wytrząsarkę o poniższych parametrach, którą można doposażyć w wymienione w OPZ platformy: • Amplituda 20 mm • zakres prędkości: 20-250 obr./min • skok 5 obr./min • cyfrowy timer 1 min - 96 godz. • tryb pracy ciągłej do 168 godz. • maksymalny ładunek 8 kg • zakres działania +4°C do +40°C • wymiary zewnętrzne 410 x 410 x 130 mm • waga 11,7 kg • zewnętrzny zasilacz • cyfrowy kontroler prędkości

Odpowiedź Zamawiającego:

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający zmienia zapis w OPZ Załącznik nr 2 w rozdziale III ust. 6) Część VI: **Dostawa urządzeń dla Laboratorium mikrobiologii w tym:**

3) pkt) 8) Wytrząsarka orbitalna z 3 typami platformy -1 szt. lit. b) która otrzymuje brzmienie:

”

- ruch kołowy
- amplituda ~~40~~ 20 mm
- zakres prędkości ~~50-450~~ 20-250 obr./min
- skok ~~40~~ 5 obr./min
- cyfrowy kontroler prędkości
- max. czas pracy ciągłej min. 168 godz.
- cyfrowy timer 1 min – 96 godz. / praca ciągła
- max. obciążenie ~~min. 3~~ 8 kg
- zasilanie 230 v / 50 hz
- zakres działania +4°C do +40°C,
- cyfrowy kontroler prędkości,
- wyświetlacz LED,
- bezszczotkowy silnik”

zgodnie z załącznikiem do niniejszych wyjaśnień - Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia- zmiana z dnia 20-07-2023 r.

II.

W związku ze zmianą treści SWZ jw. Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy PZP przedłuża termin składania ofert do dnia **26 lipca 2023r.**, do godz. 10:00, tym samym:

- Rozdział X ust. 1 SWZ otrzymuje brzmienie:
Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć do 26 lipca 2023 roku, do godz. 10:00.
- Rozdział XI ust. 1 SWZ otrzymuje brzmienie:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 lipca 2023 roku, o godzinie 12:00.
- Rozdział XII ust. 1 SWZ otrzymuje brzmienie:
Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 24 sierpnia 2023r.

REKTOR


dr inż. Jacek Jędrzejko, prof. uczelni
podpis i pieczęć

Załączniki:

Załącznik Nr 2 OPZ - Zmiana z dnia 20-07-2023 r.

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu