



Elbląg, dn. 27-10-2023r.

L.dz. ZP/TP/2312/25/1986/2023

Sprawa: postępowanie o udzielenie zamówienia nr **ZP/TP/2312/25/1572/2023** na: **Dostawa testów psychologicznych, narzędzi diagnostycznych, sprzętu medycznego, laboratoryjnego i pomocy dydaktycznych dla Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu**

**WYJAŚNIENIA i ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)
dot. Część III – Dostawa sprzętu medycznego do terapii psychologicznej.**

I.

W odpowiedzi na zapytanie o wyjaśnienie treści SWZ, które wpłynęło do Zamawiającego w dniu 26-10-2023 r. Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 2 i art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023.1605 z późn. zm.) - dalej PZP, wyjaśnia i zmienia:

1. Pytanie Wykonawcy

„Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na system do metody Warnke i Biofeedback, w którym nie wszystkie elementy posiadają certyfikat wyrobu medycznego, w tym: Poniżej listuję poszczególne elementy z zaznaczeniem certyfikacji.

Zestaw do badania fal mózgowych metodą EEG Biofeedback – wyrób medyczny

Zestaw do pomiaru przepływu krwi w mózgu metodą HEG-Biofeedback – wyrób niemedyczny

Zestaw do synchronizacji oddechu z pracą serca metodą RSA Biofeedback – wyrób medyczny

Zestaw stacjonarny do treningu słuchowego Metodą Warnkego – wyrób niemedyczny

Zestaw przenośny do treningu słuchowego Metodą Warnkego – wyrób medyczny

Wszystkie urządzenia posiadają certyfikację CE oraz ISO oraz spełniają wszystkie normy bezpieczeństwa dla wykorzystywania ich w diagnostyce i terapii”

Odpowiedź Zamawiającego

W odpowiedzi na pytania Zamawiający, informuje, iż dopuszcza złożenie oferty na system do metody Warnke i Biofeedback, w którym nie wszystkie elementy posiadają certyfikat wyrobu medycznego wg przedstawionej listy.

2. Pytanie Wykonawcy

„W związku ze zmianą generacyjno-technologiczną urządzeń do metody Warnke, producent (...) oferuje aktualnie system Brain Central.

Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na system który nie posiada n/w elementów ?.

Dla wyjaśnienia, funkcjonalność urządzenia jest taka sama jak w systemie Audio4Lab, jednak nowa technologia oraz tablet nie wymagają stosowania zewnętrznego panelu odpowiedzi. Osoba trenująca odpowiada bezpośrednio na urządzeniu.

Dodatkowo w zestawie nie ma walizki na sprzęt ponieważ urządzenie jest mniejsze i nie wymaga walizki”

Odpowiedź Zamawiającego

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający, zmienia zapisy zawarte w Opisie przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 2 do SWZ w rozdziale III **Część III – Dostawa sprzętu medycznego do terapii psychologicznej** pkt. 4 tabela kolumna b, który otrzymuje brzmienie:

Zestaw stacjonarnego do treningu słuchowego Metodą Warnkego typu Audio4Lab Kompletny zestaw - wersja Plus lub równoważny produkt

Urządzenie wykorzystywane do diagnozy i treningu słuchowego oraz treningu lateralnego.

Zawiera wbudowany ekran menu z możliwością zapisu danych i przełączania się pomiędzy modułami i funkcjonalnościami.

Umożliwia podłączenie akcesoriów niezbędnych do treningu (słuchawek dla trenera i klienta, panelu odpowiedzi dla klienta, odtwarzacza płyt, usb).



Urządzenie zawiera moduły umożliwiające przeprowadzenie screeningowej diagnozy i kompleksowego treningu Metodą Warnkego:

- moduł 1 wyposażony w próby testowe i treningowe umożliwiające usprawnienie i automatyzację podstawowych funkcji słuchowych, użytkownik za pomocą modułu może trenować 8 funkcji podstawowych wg. terapii Metodą Warnkego.
- moduł 2 służy do treningu lateralnego wykorzystywanego do doskonalenia umiejętności pisania, czytania, liczenia, poprawie koncentracji, uwagi oraz nauki języków obcych.

Elementy składowe zestawu

- Urządzenie wykorzystywane do diagnozy i treningu słuchowego oraz treningu lateralnego
- Oprogramowanie do obsługi modułu 1 i modułu 2
- ~~Zewnętrzny panel odpowiedzi~~
- Test percepcji słuchowej trening EFI-EKI
- Pliki dźwiękowe na karcie SD: ścieżki dźwiękowe do książek, trening myślenia wielotorowego,
- Dwie pary słuchawek z mikrofonem bezprzewodowym
- Okulary do treningu lateralnego
- Zasilacz 12 V
- Oprogramowanie do analizy danych kompatybilny z urządzeniem, zawierające: bazę danych pacjentów, bazę danych dla wielu trenerów, automatyczne generowanie raportów, raport graficzny testu 8 funkcji podstawowych w jednym dokumencie, raport graficzny postępów w zakresie 8 funkcji podstawowych w jednym dokumencie, porównywanie sesji, automatyczne transfer danych z urządzenia do programu
- Zestaw kabli
- ~~Walizka na sprzęt~~
- Podręcznik użytkownika w języku polskim

Urządzenia multimedialne muszą być kompatybilne oraz spełniać minimalne wymagania producenta dostarczanego przedmiotu zamówienia.

Gwarancja: 2 lata

zgodnie z załącznikiem do niniejszych wyjaśnień – Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia – zmiana z dnia 27-10-2023r.

REKTOR

dr. inż. Jarosław Niedziółta, prof. uczelni.....
podpis i pieczęć

Załączniki:

Załącznik nr 2 OPZ - zmiana z dn. 27-10-2023 r.