



Elbląg, dn. 03-08-2023 r.

L.dz ZP/TP/2312/28/1422/2023

Sprawa: postępowanie o udzielenie zamówienia nr ZP/TP/2312/28/1379/2023 na : Dostawa urządzeń laboratoryjnych, w tym eksykatorów, szkła laboratoryjnego, itp. dla Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu

WYJAŚNIENIA I ZMIANA DO TREŚCI SWZ

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 02.08.2023 r. o wyjaśnienie treści OPZ będącego załącznikiem SWZ, Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 2 i art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022.1710 z późn. zm.) - dalej PZP, wyjaśnia i zmienia treść:

Pytania do Części II Dostawa eksykatorów i wagi laboratoryjnej.

dot. wagi laboratoryjnej:

Pytanie : Czy Zamawiający dopuści temperaturę pracy wagi w zakresie od + 15 do + 30 st. C ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zakres temperatur od +15 do +30 oC

dot. eksykatora szafkowego typ I

1. Pytanie : Czy Zamawiający wymaga ścianek oranżowych czy transparentnych ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dla Eksykatora Typu 1 - ścianki oranżowe.

2. Pytanie : Czy Zamawiający dopuści grubość ścianek z PMMA w standardowym eksykatorze wynoszącą 2 mm, zaś grubość półek z PMMA - 5 mm ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza grubość ścianek z PMMA w standardowym eksykatorze wynoszącą 2 mm, zaś grubość półek z PMMA - 5 mm.

dot. eksykatora szafkowego typ II

1. Pytanie : Czy Zamawiający wymaga ścianek oranżowych czy transparentnych ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dla Eksykatora Typu 2 – szt 2 - ścianki transparentne.

2. Pytanie : Czy Zamawiający dopuści grubość ścianek z PMMA w standardowym eksykatorze wynoszącą 2 mm, zaś grubość półek z PMMA - 5 mm ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza grubość ścianek z PMMA w standardowym eksykatorze wynoszącą 2 mm, zaś grubość półek z PMMA - 5 mm.

Jednocześnie Zamawiający zmienia zapis w OPZ:

OPZ Załącznik Nr 2 w Rozdziale III, Część II, ust. 1,2 i 3.

W załączeniu:

OPZ Załącznik Nr 2 -Zmiana z dnia 03.08.2023r.

PROF. REKTURA
PROREKTOR ds. KSZTAŁCENIA

J. Buriak
dr inż. Jerzy Buriak, prof. uczelni

.....
podpis i pieczęć