



Elbląg, dn. 08-08-2023 r.

L.dz ZP/TP/2312/28/1422/2023

Sprawa: postępowanie o udzielenie zamówienia nr ZP/TP/2312/28/1379/2023 na : Dostawa urządzeń laboratoryjnych, w tym eksykatorów, szkła laboratoryjnego, itp. dla Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu

WYJAŚNIENIA I ZMIANA DO TREŚCI SWZ

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 04.08.2023 r. o wyjaśnienie treści OPZ będącego załącznikiem SWZ, Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 2 i art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022.1710 z późn. zm.) - dalej PZP, wyjaśnia i zmienia treść:

Pytania do Części II Dostawa eksykatorów i wagi laboratoryjnej.

Pytanie : Proszę o doprecyzowanie w części II pozycja c – eksykator szafkowy typ 2. Parametry: transparentne ścianki ograniczające oddziaływanie światła na przechowywane materiały, chroniące przed promieniowaniem UV, są sprzeczne. Oranżowe ścianki ograniczają oddziaływanie światła na przechowywane materiały i chronią przed promieniowaniem UV. Eksykatory transparentne bezbarwne nie chronią przed światłem i promieniowaniem UV.

Odpowiedź: Eksykator Typ 2 – szt 2 – ścianki transparentne – nie muszą ograniczać światła UV.

Jednocześnie Zamawiający zmienia zapis w OPZ:

OPZ Załącznik Nr 2 w Rozdziale III, Część II, ust.3.

W załączeniu:

OPZ Załącznik Nr 2 -Zmiana z dnia 07.08.2023r.

Z up. REKTORA
PROREKTOR
dz. Organizacyjnych i Naukowych
Irena Sorokosz
dr Irena Sorokosz, prof. uczelni

.....
podpis i pieczęć

Pch